



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

PLANILHA DE ITENS – VALORES ESTIMADOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000039/2023- 27/09/2023 - PROCESSO Nº 000213/2023

DESCRICAÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO.

| ÍTEM(*) | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANTIDADE | MÉDIO | VR MEDIO TOTAL |
|---------|----------|---|----|------------|----------|----------------|
| 00001 | 00033002 | LOTE: Lote 00001 - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS EQUIPAMENTO: ANALISADOR DE ELETRÓLITOS: -APARELHO NOVO PRIMEIRO USO - COM CAPACIDADE PARA REALIZAR OS TESTES DE : K – NA – CL – CA E PH- -CALIBRAÇÃO, AMOSTRAGEM E LIMPEZA AUTOMÁTICAS -IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA -ENTRADA PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS EXTERNO -MEDIÇÃO DIRETA PELO ELETRODO SELETIVO DE FASE ISE -AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA, URINA DILUÍDA -VOLUME DE AMOSTRA: 100~150 µl -TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 60 AMOSTRAS/H -ARMAZENAMENTO DE DADOS: ATÉ 200 RESULTADOS DE PACIENTES -CALIBRAÇÃO: AUTOMÁTICA OU POR DEMANDA -VOLTAGEM DE ENTRADA: AC 220V /11 0V + 10%, 50/60HZ -APARELHO DEVE VIR PRONTO PARA USO , ACOMPANHADO DOS ELETRODOS DE K-NA-CL-CA-PH ,DO PACK ,CONTOLES E CALIBRADORES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ESPECIFICAÇÕES SIMILAR OU SUPERIOR AO SOLICITADO. | UN | 1,000 | 22000,00 | 22.000,00 |
| 00002 | 00033003 | LOTE: Lote 00002 - ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA - 150 TESTES ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA – -APARELHO NOVO PRIMEIRO USO -COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 TESTES /HORA SEM O ISE ,MONO OU BIREAGENTE. -BANDEJA DE AMOSTRAS E REAGENTES REFRIGERADA AGULHA DE AMOSTRAGEM : - COM DETECÇÃO DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE REAGENTES E DE AMOSTRA . -AJUSTE AUTOMÁTICO DE PROFUNDIDADE. . BANDEJA DE AMOSTRA E REAGENTES : -COM NO MÍNIMO 40 POSIÇÕES PARA REAGENTE . -COM NO MÍNIMO 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRA -VOLUME DE AMOSTRA : 2-30UL -VOLUME DE REAGENTE 20-300UL -LEITOR DE CODIGO DE BARRAS INTERNO. -DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DA AMOSTRA (PRE DILUIÇÃO E POS DILUIÇÃO) . -ACESSO RANDÔMICO E FUNÇÃO STAT PARA AMOSTRA DE URGÊNCIA . BANDEJA DE REAÇÃO -COM MIXER INDEPENDENTE -COM LAVAGEM AUTOMÁTICA SISTEMA ÓPTICO: -FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE HALOGÊNIO -FILTROS: COM 8 COMPRIMENTOS DE ONDAS -SITEMA OPERACIONAL WINDOWS -INTERFACE BIDIRECIONAL O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ESPECIFICAÇÕES SIMILAR OU SUPERIOR AO SOLICITADO. | UN | 1,000 | 71000,00 | 71.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

R: Coronel João Ferreira Barbosa, 46 - Centro, S. Pedro da União - MG, 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - (35) 3554-1266

PLANILHA DE ITENS – VALORES ESTIMADOS

| ÍTEM(*) | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANTIDADE | MÉDIO | VR MEDIO TOTAL |
|---------|----------|--|----|------------|----------|----------------|
| 00003 | 00033004 | LOTE: Lote 00003 - KIT OSMOSE REVERSA APARELHO DE OSMOSE REVERSA 4 ESTÁGIOS: - APARELHO NOVO PRIMEIRO USO -VAZÃO DE NO MINIMO 8 LITROS HORA COMPOSTO DE 4 ESTÁGIOS: - FILTRO DE PP DE 1 MICRA - - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO - - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA RESINA DE POLIMENTO MISTA DE TROCA IÔNICA (NÃO REGENERÁVEL) O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ESPECIFICAÇÕES SIMILAR OU SUPERIOR AO SOLICITADO. | UN | 1,000 | 2686,340 | 2.686,34 |
| 00004 | 00033005 | LOTE: Lote 00004 - NOBREAK DE 1400 VA SENOIDAL -NOBREAK DE 1400 VA SENOIDAL -APARELHO NOVO PRIMEIRO USO -NOBREAK MICROPROCESSADO COM DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -AUTOTESTE PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO -RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL -GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA DEVE SER SUBSTITUÍDA -POTÊNCIA: 1400VA / 980W -TENSÃO : BIVOLT 110/220V -TOMADAS : MINIMO DE 6 TOMADAS O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ESPECIFICAÇÕES SIMILAR OU SUPERIOR AO SOLICITADO. | UN | 1,000 | 1990,000 | 1.990,00 |

VALOR MÉDIO DE MERCADO: 97.676,34

.....
ASSINATURA DO REQUISITANTE

.....
ASSINATURA DO RESP. APROVACAO

...../...../.....
DATA DA APROVACAO